

## 1 GELTUNGSBEREICH UND ZWECK

Diese RL beschreibt den hygienischen Umgang mit Krankengeschichten, Begleitscheinen und medizinischen Dokumenten im AKH.

## 2 MITGELTENDE DOKUMENTE

- Desinfektionsplan des jeweiligen Bereiches/ Station
- Abfallentsorgungsplan des AKH
- Hygienerichtlinien der Univ. Klinik für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle (<http://www.meduniwien.ac.at/krankenhaushygiene>)

## 3 VERWENDETE ABKÜRZUNGEN

AKH	Allgemeines Krankenhaus
e.h.	eigenhändig
HFK	Hygienefachkraft
KB-Anlage	Kleinbehälter-Anlage
KG	Krankengeschichte
KHH	Univ. Klinik für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle
KL	Klinikleitung
RL	Richtlinie
QB	Qualitätsbeauftragte/r
stv	stellvertretend
u.a.	und andere

Vorwort:

Ein kontaminationsfreier Umgang in der Handhabung medizinischer Dokumente (KG, Begleitscheine, Formulare etc.) ist zum Schutz der PatientInnen und des Personals erforderlich.

	Funktion	Name	Datum	Unterschrift
Erstellt	HFK	Andrea Wagner	10.12.2013	e.h.
Geprüft	QB	Magda Diab-Elschahawi	11.12.2013	e.h.
Freigegeben	Stv. KL	Magda Diab-Elschahawi	11.12.2013	e.h.

#### 4 TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG

PROBLEM - URSACHEN	PROBLEM - LÖSUNG
Dokumente werden mit kontaminierten Handschuhen berührt	<b>Handschuhe</b> ausziehen, abwerfen und unmittelbar danach <b>Hände desinfizieren</b>
Dokumente werden als Unterlagen für Proben und Untersuchungsmaterialien verwendet	Unterlagen aus saugfähigem Material bzw. gut wischdesinfizierbare Tablett, Untertassen etc. verwenden
Abstellen von Blut-, Stuhl-, Uringefäße u. a. Proben auf Begleitscheinen	Getrennte Arbeitsflächen für Probengebinde und Begleitformularen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umwickeln der Probengebinde mit Begleitscheinen</li> <li>• Begleitscheine mit Probengebinden in einer Hülle</li> <li>• Überfüllen von Rohrposthülsen – falten oder zerknüllen von Begleitscheinen</li> <li>• Ablage medizinischer Dokumente(KG, Befunde, Konsiliarscheine etc.) im Krankenbett</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KB-Transport: Begleitscheine nur in Begleitscheinzylinder stecken*)</li> <li>• Separate (Klarsicht) Hüllen – Außentasche für Begleitscheine verwenden</li> <li>• Begleitschein um Röhrchenplastiktasche rollen, max. 8-10 Röhrchen pro Hülse möglich</li> <li>• Mitnahme von KG in Patientenzimmer vermeiden Verwendung von wischdesinfizierbaren Hüllen b. Transport von KG zu ambulanten Untersuchungen</li> </ul>
Kontaminierte Formulare, Begleitscheine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nicht eingetrocknete Beschmutzung mit saugfähigem Einmal-Reinigungstuch abtupfen;</li> <li>• wichtige Informationen abschreiben oder kontaminierten Begleitschein vorsichtig in eine Klarsichthülle stecken, fotokopieren**), danach mit Klarsichthülle hygienisch entsorgen</li> </ul>

**\*) Probleme bei Schwingbehälter für die KB-Anlage:**

Werden die Begleitscheine nicht – wie vorgesehen – in den Begleitscheinzylinder des Schwingbehälters, sondern außen an den Schwingteil gesteckt oder um diesen herumgelegt, wird das Ausschwingen des beweglichen Teils behindert. Die Blutprobengebinde können in den vertikalen Strecken aus den Gestellen der KB-Anlage fallen, zerbrechen und den KB-Behälter sowie die Begleitscheine kontaminieren.

\*\*) die Kopie des Begleitscheines mit Begründung, Zeitpunkt sowie Namen und Unterschrift zweier Bediensteter versehen!

#### 5 ÄNDERUNGEN

Datum	Version	Änderung
01.10.2008	01	Ersterstellung, erste Freigabe
10.12.2013	02	Neues Layout, Überarbeitung